

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ЦПСиР  
Курцер М.А.

30.01.2008 года

**ОТЗЫВ**  
**на фетальный монитор Overtone 6200**

В родильном отделении Центра планирования семьи и репродукции с 20.08.2007 по 30.01.2008 проведена клиническая апробация фетального монитора Dixon Overtone 6200.

Для испытаний был предоставлен один образец указанного аппарата с комплектом принадлежностей (датчиков). Аппарат предназначен для диагностики одного плода или близнецов во время беременности, так и во время родов.

В процессе клинической апробации аппарат Overtone 6200 был использован для дородового амбулаторного обследования. В результате использования монитора сложилось следующее мнение:

1. Фетальный монитор Overtone 6200 позволяет сделать качественную оценку состояния плода как в дородовом периоде, так и во время проведения родов.
2. Удобный поворотный экран позволяет отслеживать КТГ и движения плода в режиме реального времени, а также наглядно отображает значения измеряемых параметров.
3. Водонепроницаемые УЗ-датчики монитора высокой чувствительности точно улавливают и измеряют частоту сердечных сокращений плода.
4. Встроенный принтер позволяет выводить на печать данные КТГ и может работать в ручном или автоматическом режиме.

5. Встроенный аккумулятор позволяет использовать прибор при транспортировке пациента и является дополнительным фактором безопасности.
6. Аппарат сохраняет данные в памяти с возможностью их дальнейшей передачи на ПК. С помощью программы просмотра и хранения информации на ПК имеется возможность вести базу данных пациентов.

Заключение:

Фетальный монитор Overtone 6200 соответствует всем требованиям современной медицинской техники и может быть рекомендован для широкого применения в женских консультациях, акушерских отделениях и частных клиниках Российской Федерации.

Зав. Родильным отделением ЦПСиР

Ероян Л.Х

